



משרד הכלכלה והתעשייה

ד' טבת תשע"ט
12 דצמבר 2018
סימוכין 2018-540-4-177699

לכבוד
מר רז הילמן
איגוד לשכות המסחר
בית לשכות המסחר
razh@chamber.org.il

א.ג.נ.,

הגדון: אישור החלפת התקן הרשמי ת"י 60601 חלק 2.4

הנני להודיעכם כי שר הכלכלה והתעשייה התבקש לאשר את החלפת התקן הרשמי כלהלן:
ת"י 60601 חלק 2.4 - ציוד חשמלי לשימוש רפואי: דרישות מיוחדות לבטיחות בסיסית ולביצועים
חיוניים של דפיברילטורים (מפסיקי פרפור) לבביים (מאי 2012);
במקומו יבוא:

ת"י 60601 חלק 2.4 - ציוד חשמלי לשימוש רפואי: דרישות מיוחדות לבטיחות בסיסית ולביצועים
חיוניים של מפעמים (דפיברילטורים) לבביים (אוקטובר 2018);

כמו כן, וועדת התקינה במכון התקנים ממליצה לאשר תקופת מעבר בדבר החלפה כך שבמהלך
שלוש שנים מיום כניסה לתוקף של התקן החדש, כפי שייקבע ברשומות יעמדו בתוקפם גם התקן
הישן ת"י 60601 חלק 2.4 (מאי 2012) וגם התקן החדש ת"י 60601 חלק 2.4 (אוקטובר 2018).

התקן המוצע ת"י 60601 חלק 2.4 (אוקטובר 2018) מאמץ את התקן של הנציבות הבין-לאומית
לאלקטרוטכניקה IEC 60601-2-4 המעודכן לשנת 2018 וכולל שינויים לאומיים מתחייבים בלבד.
לא התקבלה בקשה מחברי וועדת האימוץ לבחון את השינויים הנ"ל.

בהתאם לכך אבקשכם להמציא בכתב את עמדתכם והערותיכם, במידה שישנן כאלה לגבי
ההחלפה כאמור לעיל עד ליום 17.01.2019.

לאחר המועד האמור יקבל השר החלטה בעניין זה, גם אם לא הגיעה תגובה מכם.

את הצעת התקן אפשר להזמין במכון התקנים הישראלי, רחוב חיים לבנון 42, תל-אביב
טלפון: 03-6465154.

ניתן לעיין בטיוטת התקן באתר מכון התקנים:

<http://ibr.sii.org.il/IBRSystemWEBClient/index.html#/standards/3>

בכבוד רב,

יעקב זכטל
הממונה על התקינה

העתק: מנכ"ל משרד הכלכלה
מרכז המידע WTO-TBT

משרד הכלכלה והתעשייה

רחוב מנחם בגין 86, תל-אביב 6713833

טלפון: 03-7347500 | פקס: 03-7347641

מייל: tkina@economy.gov.il אתר אינטרנט: www.economy.gov.il/tkina